



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO



Processo Administrativo: 020/2022

PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 - SEMUS

Objeto: Aquisição de um Aparelho de Raio X para realização de exames no Hospital Municipal.

Encaminhamos à Secretaria Municipal de Saúde **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** e seus anexos, enviado pela empresa **VMI TECNOLOGIAS LTDA.**, com sede à Rua Elizeu Alves da Silva nº 400, Distrito Industrial Genesco Aparecido, Lagoa Santa/MG, CEP 33.400-000, inscrita no CNPJ/MF sob número 02.659.246/0001-03. Pelas razões aduzidas nos anexos encaminhados.

Certos de sua breve apreciação subscrevemo-nos;

Atenciosamente

Sítio Novo/MA, 18 de Abril de 2022


ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Pregoeira Municipal

*Recebido em
18/04/22*

À ILMA. SRA.
ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO
Secretária Municipal de Saúde
NESTA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



OFÍCIO ° 0126/2022 – SEMUS

Sítio Novo/MA, 18 de Abril de 2022

**EM RESPOSTA AO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 - SEMUS
Objeto aquisição de um Aparelho de Raio X para realização de exames no Hospital Municipal.**

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste demonstrar que nada mais houve que mero erro formal, quanto a descrição constante no Termo de Referência e documentos do processo administrativo: 020/2022 – SEMUS, bem como, vejamos:

Após análise do pedido, verifica-se aparente equívoco da peticionante acerca das especificações técnicas mínimas do item 1. Isto porque, a contrário do quanto afirmado pela empresa, que a Administração pretende a aquisição de um aparelho específico de Raio x, a descrição de um modelo específico no bojo do Termo de Referência não passou de mero erro formal sanável.

Que a administração em momento algum visou direcionar a licitação/compra a um objeto, ou fabricante específico.

Contudo, a empresa **VMI TECNOLOGIAS LTDA** merece razão ao passo que não poderia constar no termo de referência ou em quaisquer documentos descrição seja de qualquer item ou marca.

Para tanto, entende – se, que o pedido formulado deve ser acolhido, e que seja devidamente retificado o edital fazendo constar:

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNT.	V. TOTAL
1	APARELHO RAIOS X - Equipamento radiológico com tecnologia em alta frequência – multipulso, sistema de controle microprocessado, potência de 54kW. Transformador em alta frequência, potência de 54KVA controlado por microprocessador capacidade de 630mA /125kV. AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS – X: Cúpula com revestimento de chumbo, Radiação de fuga <0,5 mGy/h / 125Kv. Potência de 30/50kW foco 0,6mm – 1,2mm 300Khu*. Capacidade máxima de armazenamento de calor 760kJ (IEC60313); Proteção contra sobrecarga e superaquecimento. Conexão tipo Federal. COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de teclas. Indicador de angulação. Braço telescópico com giro de 360 graus. (+180° -180°) com freio eletromagnético. Coluna com base giratória de 180° (+90° /-90°) contrabalançada com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão dotado de freios eletromagnéticos.	UND	1		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



2	DR FPDs - Monitor Full-HD de 21", Windows 10 Pro, Processador Intel i5 de última Geração, Memória RAM de 8GB, HDD 1TB - Tamanho da imagem 43x43cm 35x43cm. Matriz de Pixels 3072x3072 2560x3072. Espaçamento de Pixels 140 µm. Conversor A/D 16 bit. Escalas de Cinza 65.536. Entrada do Adaptador AC 100-240V / 50-60Hz. Saída do Adaptador DC 24V / 60W.	UND	1		
3	MESA PARA EXAME DE RAIOS X – Mesa radiológica de Tampo Flutuante com movimentos longitudinais e transversais: Longitudinal +/-20cm (10cm+10cm) -Transversal +/- 58cm (29cm+29cm). Freio magnético, com acabamento em pintura eletrostática, tampo em fórmica. Suporte até 200kg. Dimensões: Altura 80cm, Largura 85cm, Comprimento 2,20mts.	UND	1		
TOTAL					

Sem mais para o momento, é o que cumpre informar.

Eloides Ribeiro da Cunha Coelho
ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO
Secretária Municipal de Saúde

A ILMA. SRA.
ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO
PREGOEIRA OFICIAL
NESTA

Rec. nº 38704/2022
AS 17:08:15
Anna Cecilia Diniz Silva